

平成 3 0 年 度 製 作  
救 急 自 動 車 仕 様 書

富 士 山 南 東 消 防 本 部

《目次》

第1 総則 .....	1
第2 主要諸元 .....	3
第3 艀装及び装備品、取付品 .....	3
第4 消防専用電話装置・AVM（車両動態管理端末装置関係） .....	7
第5 塗装等 .....	8
第6 補足 .....	9
別表1 .....	10
別表2 .....	13

## 第1 総則

- 1 本仕様書は、平成30年度に富士山南東消防本部（以下「本部」という。）が製作する高規格救急自動車（以下「救急車」という。）の艤装及び装備品、その他関係事項について定める。
- 2 救急車は本仕様書のほか、緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱（平成18年4月1日消防消第49号。以下「要綱」という。）に規定する災害対応特殊救急自動車に定める規定に基づくとともに、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）に定める緊急自動車の基準及びその他関係法令等に適合し、緊急自動車として承認が得られるものであること。
- 3 この救急車は、救急活動時に搭載する高度救命処置用資機材及びその他装備等を有効に活用して救命活動を行うことを目的に製作するもので、製作にあたっては振動、衝撃に対して十分緩衝し得る装置を備え、乗り心地、走行安定性が特に良好な構造で、車両装備及び附属品は新規製品を使用し救急活動が迅速に行えるものであること。また、この仕様を十分に満たすほか、受注者が公表した標準仕様により艤装すること。
- 4 契約にあたっては、本仕様書を了承し、十分熟知のうえ契約するものとし、契約後の疑義の全て、本部の解釈に従うものとする。
- 5 受注者は、車両の製作中、諸般の事由により本仕様書及び承認図に係る変更が生じた場合又は疑義が生じた場合は、速やかに本部に連絡のうえ承認又は指示を受け速やかに図面等提出しなければならない。
- 6 本仕様書は概要を示すもので、本仕様書に記載のない事項であっても、救急車の製作にあたり、機能上具備しなければならない事項はこれを充足しなければならない。
- 7 受注者及びシャシメーカー及び艤装メーカー等は、常に連絡を密にし、艤装中及び完成後に支障のないようにする。
- 8 完成車は、陸運局長が行う新規検査登録に合格するものであること。
- 9 受注者は、契約後1週間以内に艤装仕様について打合せを行い、1週間以内に本部へ確認書を提出し、打合せ事項の確認をすること。
- 10 受注者は、前項の確認後3週間以内に次の図書各3部を本部へ提出し、承認を受けること。
  - (1) 車体艤装図（前後、左右、上面の5面図）
  - (2) 内装図（インパネ図、室内配置図等）
  - (3) 電気配線系統図
  - (4) 消費電力一覧表
  - (5) 製作工程表
  - (6) 塗装工程表
  - (7) その他本部が指示するもの。
- 11 緊急自動車届出  
緊急自動車届出の手続きは全て受注者が行うとともに、その費用は本仕様書に含むものとする。
- 12 完成車の納入時に次の完成図書（目次をつけファイルに製本したもの）を本部に2部提出すること。
  - (1) 完成図（前後、左右、上面5面図）

- (2) 自動車検査証及び自賠責の写し
  - (3) 保証書
  - (4) 車両及び各種装備品等の仕様書、取扱説明書
  - (5) 設備とその配置又は設置場所を明示する写真
  - (6) 工程写真（シャシ入荷から完成までの工程毎）
  - (7) 完成車両5面写真
  - (8) 緊急自動車届出確認書
  - (9) その他本部が指示するもの
- 1.3 救急車の製作工程に合わせて、中間検査、完成検査、納入検収を実施すること。
- (1) 中間検査
    - ア 受注者は、取付品及び装置等が仮設置できた時点で本部の次の検査を受けること。また、検査を受ける30日前までに検査日時及び実施場所等の検査依頼書を本部に提出し承認を得ること。中間検査時の指摘事項及び確認事項等は全て記録し本部に文書で報告するとともに指摘事項等に対し双方の解釈の相違がないようにすること。
    - イ 艤装検査（組立、板金、溶接等の状況）
    - ウ 寸法検査
    - エ 装備品等の取付状況
    - オ その他必要と認める事項
  - (2) 完成検査
    - ア 車両納入時に次の検査を実施し、本部が不適合と認めた箇所については、直ちに修復、改善のうえ、再検査を受けるものとする。また、完成検査時の指摘事項及び確認事項等は全て記録し、本部に文書で報告するとともに指摘事項等に対し双方の解釈の相違がないようにすること。
    - イ 艤装全般検査（塗装等の仕上がり状況）
    - ウ 装備品及び装置、取付品並びに附属品の検査（性能、規格、員数検査）
    - エ 走行試験
    - オ その他必要と認める事項
  - (3) 納入検収
    - 本仕様書及び承認図に基づき、総合的な検査を実施する。また、上記の検査結果で設計制作上、故障や性能低下及び不良品等が発生した場合は早急に対策を講じること。
- 1.4 技術指導
- 車両納車時及び納車後、受注者は技術指導員を本部の指定する日時、場所に派遣し、車両及び各種機器並びに装置等の取扱指導を実施すること。
- 1.5 保証期間
- 保証期間は完成検査合格日より1年間とする。また、部品によってはメーカー保証期間に残存期間がある場合は、その期間保証するものとする。ただし、材料不良、設計不良及び工作不良に起因する不具合が発生した場合は、無償で部品の交換又は修理を行うものとする。
- 1.6 その他の費用

- (1) 完成車の登録手続、車検回送及び納車完了までの費用及び資器材を含むその他の登録・申請費用は本仕様に含むものとするが、自動車損害賠償保険、自動車重量税及びリサイクル手数料は除くものとする。
- (2) 消防専用電話装置の手続きは受注者が行い、救急車へ移設に要する費用は、本仕様に含むものとする。
- (3) 車両動態管理端末装置(AVM)の移設に要する費用は本仕様に含むものとする。
- (4) その他、納入等に係る費用は、本仕様に含むものとする。

#### 1 7 台数及び納期等

台数、納期及び納入場所は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 台 数 1 台
- (2) 納 期 平成 30 年 12 月 21 日 (金)
- (3) 納入場所 三島市南田町 4 番 40 号 富士山南東消防本部
- (4) 配備場所 裾野市石脇 515 番地 富士山南東消防本部 裾野消防署

#### 1 8 その他

廃車手続について、当本部が指示する車両 1 台を廃車処分し、抹消登録(車体の名称の削除、サイレン、アンプ等の取外し)は受注者が行い、抹消登録の原本を当本部に提出すること。

### 第 2 主要諸元

1 車両の主要諸元は次による。

- (1) 使用燃料 無鉛ガソリン
- (2) 最高出力 1 5 0 p s 以上
- (3) 変 速 機 電子制御式 4 速オートマチック
- (4) 駆動方式 4 輪駆動 (フルタイム)
- (5) 空調装置 フロントエアコン・リヤクーラー・ビルトインタイプリヤヒーター
- (6) 安全装備 ABS・SRSエアバック
- (7) 仕 様 寒冷地仕様

2 艤装及び装備について、この仕様書に記載していないものについては、平成 30 年度各メーカーが公表した標準装備とする。

### 第 3 艤装及び装備品、取付品

車体の構造は堅牢かつ耐久性に富み、取付品については走行中の震動等による離脱、脱落、ゆるみ等を生じないように、また雑音は可能な限り発生しないよう取付けること。

#### 1 車両装備

- (1) 車体は、全有蓋密閉型とし、出入口は運転席及び助手席にドア、左右側面にスライド式ドア、後部に跳ね上げ式の傷病者搬入口ドアのある構造とすること。なお、後部ドアはストレッチャーによる搬入が容易に行なわれる構造にすること。
- (2) フロントタイヤハウス上部にすべり止めテープを取付けること。
- (3) フロントドアステップにアルミ縞板及びすべり止めテープを取付けること。
- (4) 左サイドドアステップにアルミ縞板及びすべり止めテープを取付けること。
- (5) リヤバンパーにプロテクター(ステンレス製)及びすべり止めテープを取付ける

- こと。
- (6) 右スライドドア部にレスキューツールセット（4点）をバックに収納して積載し、レスキューツール取付部にネット3個を取付けること。
  - (7) 右スライドドア内部にスイッチ付きのLED式照明を取付けること。
  - (8) スライドドア上方ルーフサイド左右にサイドフラッシャーランプを取付けること。
  - (9) フロントバンパー左右にフロントコーナーセンサーを取付け、スイッチ及び状態表示及びブザーを運転席付近に取付けること。
  - (10) ルーフサイドにLED作業灯を左右各2灯(大阪サイレンLI-21)、インパネ中央スイッチパネルにON/OFFスイッチを取付けること。
  - (11) 左右後輪の前側にLED路肩灯、インパネ中央スイッチパネルにスモールランプと連動で、更にメインスイッチを取付けること。
  - (12) 左窓の全面に下方から2/3くもりフィルムを貼り付けること。
  - (13) 跳ね上げ式の患者搬入口ドア窓の全面にくもりフィルムを貼り付けること。
  - (14) 右窓の全面にくもりフィルムを貼り付けること。
  - (15) 車両中央部に設置してある車両メーカーエンブレムを外すととも同位置に消防章(直径150mm、樹脂製)を、台座付(白色)で取付けること。
  - (16) 左フロントドア後方上部に旗立て(ステンレス製、外径32mm、アルミ製旗棒付属)を取付けること。
  - (17) 左フロントドアピラーにアウトサイドミラー、サイドバイザーを取付けること。
  - (18) 外部電源入力中にエンジンスタート出来ないようにすること。また外部電源入力中を示すランプ及びエンジンキーをONにした場合に警報を発するようにすること。
  - (19) 誤発進防止装置を取付けること。
  - (20) 黒色ゴム製車輪止め2個1組(1.5mロープ付)を搭載すること。
  - (21) Rレンジに連動した音声合成装置を設置しハンドル左下部分にメインスイッチを取付けること。
  - (22) 車両の前照灯はロービームがLED式とし、オートレベリング機能を有すること。
  - (23) ACCと連動する青色のLEDデイトタイムライトを取付けること。

## 2 警告装備

- (1) フロントルーフにLED赤色灯(パトライト製LP3)を取付けること。
- (2) フロントグリルにLED赤色灯(大阪サイレンLF-11D)2個を取付けること。
- (3) 左右ルーフサイド下方にLED赤色点滅灯(大阪サイレンLF-12)を取付けること。
- (4) 後方傷病者搬入口右側にLED赤色灯作動表示器(パトライト製LP3)を取付けること。
- (5) フロントバンパーの左内側にモーターサイレン(大阪サイレン製5SA型)、プッシュスイッチをハンドル右側インパネ部に取付けること。
- (6) 助手席下部にモーターサイレン用足踏みスイッチを取付けること。
- (7) 大阪サイレン製サイレンアンプOPS-D151Qを取付けること。
- (8) 運転席ドア上部にフレキシブルマイクロホン(UD-100)、サイレンアンプ右にスイッチを取付けること。
- (9) メーター左側に右左折メッセージ用メインスイッチを取付けること。

(10) メーター左に音声メッセージ用スイッチ(モーメンタリ仕様) 1 c hを取付けること。

(11) メーター左に音声メッセージ用スイッチ(モーメンタリ仕様) 2 c hを取付けること。

### 3 運転室内装備

(1) バックモニターカメラ付きカーナビゲーションを取付けること。

(2) 運転席右側下部インパネ部にE T C車載器を取付けること。

(3) カーナビ上部に電流計、電圧計を取付けること。

(4) 広報用スピーカー内外切替スイッチ(大阪サイレン対応)を取付けること。

(5) ドライブレコーダー(別体タイプ)を取付けること。

(6) 助手席から傷病者室内を確認するため助手席用インナーミラーを取付けること。

(7) 運転席後部に地図入れ(A 3サイズ)を取付けること。

(8) 運転席及び助手席後部にC型バネ付きフック 3個取付けること。

### 4 収納用装備

(1) 運転席後部に縦型収納庫(2ツ折扉)を取付けること。

(2) 縦型収納庫扉にティッシュ/グローブボックス固定ベルト(2連)を取付けること。

(3) 縦型収納庫内側後面にサブストレッチャー収納スペースを設け、高さ調節可能及び取り外し可能な3段棚(固定ベルト付)を取付けること。

(4) 助手席後部に2段収納庫Ⅱ型を取付けること。

(5) 酸素ボンベ収納庫上部前面に3段収納庫を取付けること。

(6) 酸素ボンベ収納庫上部にレールを取付けること。

(7) 傷病者室右側中央部に患者回路(蛇管)等収納庫を取付けること。

(8) 傷病者室右側前方にルーフサイド収納庫(施錠装置付)を取付けること。

(9) 傷病者室右側後方にルーフサイド収納庫を取付けること。

(10) 傷病者室左側前方にルーフサイド収納庫を取付けること。

(11) 傷病者室左側後部にルーフサイド収納庫を取付けること。

(12) 傷病者室右側後方に収納庫-Aを取付けること。

(13) 傷病者室内右前(後向き席左手脇)酸素ボンベ収納庫に書類入れ用改造を施すこと。

(14) ティッシュ/グローブボックス(マグネット式)を2個搭載すること。

### 5 その他・傷病者室内装備

(1) 縦型収納庫後面上部に本体着脱式ホワイトボード(A 4)を取付けること。

(2) 2段収納庫に脱着可能な手指消毒容器収納庫を取付けること。

(3) 右側窓上レールにC型バネ付フック 3個を取付けること。

(4) 傷病者室右側後部側面にオゾンUVエアクリアOUD-1Tを取付けること。

(5) 傷病者室右側前方ルーフサイド収納庫部にアシストグリップ(右前)を取付けること。

(6) 傷病者室右側後方ルーフサイド収納庫部にアシストグリップ(右後)を取付けること。

(7) バックドア開口部左側グリップを長タイプ(上部グリップのみ)に変更すること。

- (8) 傷病者室天井にLED室内等（調光機能付）を取付けること。
- (9) 患者室天井患者灯（21W）2灯に左右個別のダイヤル式調光器とON/OFFスイッチを取付けること。
- (10) 右窓上レールにデジタル式電波時計を取付けること。
- (11) 右側窓上レールにウォール型アネロイド血圧計固定金具を取付けること。
- (12) 3人掛横向シートを2人掛仕様に変更すること。シート跳ね上げ保持はベルト式とすること。
- (13) 床面にシーリングを施すこと。

## 6 搬送用装備

- (1) 防振機能付治療架台を、次の機能を有するものとして設けること。
  - ア 車両による走行振動等を吸収する機構。
  - イ 胸骨圧迫等の処置のため、固定できる機構。
  - ウ 患者に対し適切なポジションで処置ができるよう、左右方向へ無段階にスライドできる機構。
  - エ エアコンプレッサーを内蔵し、加速度等による振動、揺れを十分吸収できる機構。
  - オ 治療架台スロープ部にキズ防止のためステンレス板を取付けること。
  - カ メインストレッチャーの固定装置は、ワンタッチ式とし走行中の振動により移動を生じないものとする。
- (2) メインストレッチャー（エクステンジTC4080-S/4155）+4155用ガードル架キット、自動巻き取り式固定ベルトを取付け、抗菌マットレス、枕及びSoftenピロー（固定ベルト付）を搭載すること。
- (3) トヨタ防振ベッドをTC4080シリーズ用対応に改造すること。
- (4) 窓下側面収納庫の内部にスクープストレッチャー65EXLとバックボード固定装置を取付けること。
- (5) 標準のサブストレッチャーは搭載しないこととすること。

## 7 気道確保用装備

- (1) 右側面の棚上後方に吸引器(LSU4000)固定装置を取付けること。
- (2) 傷病室内右窓下部に吸引カテーテル保持パイプを取付け、予備用の吸引用カテーテルを収納する袋を搭載すること。

## 8 酸素吸入装置

- (1) 酸素ボンベ9.40型2本用の鋼板製受台を設け、取り外しが容易な固定バンドを設けること。
- (2) 加湿流量計オキシパックOX-FDX（ジュンロン3口ヨークバルブ仕様）〈支給品〉を取付け、配管ホースにより接続すること。
- (3) 右棚上部、モニター下部に人工呼吸器（パラパック2D・200D）固定装置を取付けること。

## 9 心電図モニター

- 右棚上部に心電図モニター（BSM-3562）固定装置（低台座）を取付けること。

## 10 除細動用装置



右棚上部に半自動除細動器（TEC-2600シリーズ）及びプリンターを固定する装置（2段仕様）を取付けること。

#### 1.1 輸液用装備

- (1) 天井前側に輸液ビンホルダーを取付けること。
- (2) 天井後側に輸液ビンホルダーを取付けること。
- (3) 天井後部にC型バネ付フック5個を取付けること。
- (4) 右棚上部に汎用メディカルポールを取付けること。

#### 1.2 電装

- (1) 右側Cピラー後方窓部にDC12Vコンセント3口を取付けること。
- (2) 右窓中央部にインバーターAC100Vコンセント2口を取付けること。
- (3) 縦型収納庫後面にインバーターAC100Vコンセント2口取付けること。
- (4) 傷病室内前向き席下部にインバーターAC100Vコンセント2口取付けること。
- (5) 外部入力ケーブル（AC100Vコネクタ専用）は、標準長さの2.5mから10mとすること。
- (6) 全自動電子バッテリー管理器を取付けること。
- (7) AC100V電源入力を走行中はインバーターから、署内待機中は外部電源から自動で切替えられるようにすること。

#### 1.3 通信用装備

- (1) 前後デジタル無線アンテナから助手席後部に無線アンテナ点検口2ヶ所増設し同軸ケーブル5D2Vを敷設すること。
- (2) グローブボックス内にデジタル無線取付用金具を取付けること。
- (3) 傷病者室内前方左側天井部に無線モニター用スピーカーを取付けること。
- (4) 無線子機用6芯1本通線(左)を取付けること。
- (5) 運転室内左側天井部分に無線モニター用スピーカーを取付けること。
- (6) AVMディスプレイとデジタル無線受話器を取付けるため、AVMモニター用台を設置すること。
- (7) 助手席後部にAVM用DC12V電源端子を取付けること。

#### 1.4 資機材

- (1) フロアマットを搭載すること。
- (2) ゴム製チェーン（イエティスノーネット#5300WD195タイヤ用）を搭載すること。
- (3) 三角停止表示板を搭載すること。
- (4) ポータブルLED投光器（ウィレン製LF35A）を搭載すること。

### 第4 消防専用電話装置・AVM（車両動態管理端末装置関係）

#### 1 消防専用電話装置・AVM

- (1) 消防専用電話装置及びAVMの取付け等に係る必要な事項については、別に指定する設置業者と十分な打ち合せをすること。
- (2) 受注者において行う工事は、「第3 艀装及び装備品、取付品13 通信用装備」までとし、それ以降の工事は別に指定する設置業者に行わせること。
- (3) デジタル無線機本体、車両動態管理端末装置（AVM）及びGPSアンテナを既

存車両より取外し、取付けること。

(4) アンテナ等必要部材及び必要配線は新規購入とし、本部が指定するものを取付けること。

2 自動車（携帯）電話関係

(1) 携帯電話の電源を確保すること。

(2) 携帯電話の設置については、本部で行うものとする。


3 装備品・取付品・附属品

装備品、取付品及び附属品の一覧は、別表1及び別表2による。

第5 塗装等

1 塗装は、上質の白色焼付け塗装とし、車外窓わく下部に再帰性反射材カッティングシールによる赤色ライン（幅7.6mm）を、前後部及び両側面に横一線の帯状に入れること。前部は、反射しない赤帯とすること。

2 文字の記入は、反射材（再帰反射材に満たないもの）カッティングシールを使用し、下記のとおりとし、大きさ字体及び色は別途協議する。

記入する文字	記入する場所	文字色	書体
富士山南東消防本部	両サイド後部ライン下 後部リアドア下部	青色	丸ゴシック
<b>Mt.FUJI Southeast FIRE DEPARTMENT</b>	後部リアドア下部	青地白抜き	<b>Haettenschweiler</b>
裾野1	後部リアードア右上 前部助手席側	青色	丸ゴシック
1	運転席・助手席ドア下部	青色	丸ゴシック
裾野A1	屋根部	黒色	角ゴシック
<b>EMS</b>	左右ルーフサイド 後部リアドア上部	クロム調 (青枠)	<i>Verdana</i>
	左右スライドドア部 後部リアドア上部	青色	
<b>Mt.FUJI Southeast F.D.</b> <b>FIRE RESCUE EMS</b>	前部運転席側	青色 シルバー	Impact 斜体

※ 別図 文字入れ配置図参照

3 標準の車両メーカーエンブレムは、取外すこと。

4 標準のルーフサイドの車名及びシンボルマークは、取外すこと。

## 第6 補足

- 1 この仕様に疑義ある場合及び、施工上仕様を変更する必要がある時は、事前に本部の指示を受けること。
- 2 本部が指示した事項は、この仕様書の追補とする。
- 3 納入車両が決定しだい詳細（協議内容）は車両にあわせて変更するものとする。
- 4 契約締結後、本仕様書に記載の付属品等に新製品等が発表され、変更を余儀なくされる場合は消防本部と協議し承認を得ること。また、新製品等が本仕様書の付属品等と比較して機能・性能等が向上した場合は消防本部と協議すること。
- 5 車両に積載及び装備する医療用具等は、車両を納入する直前に医療用具等の取付け及び接続を確実にしたうえで、車両に搭載し速やかに納入すること。

別表 1

No.	品 名	数量
<b>1 車両装備</b>		
1	左右フロントタイヤハウス上部 すべり止めテープタイプC	一式
2	左右フロントドアステップ アルミ縞板	一式
3	左右フロントドアステップ すべり止めテープタイプA	一式
4	左サイドステップ アルミ縞板	一式
5	左サイドステップ すべり止めテープタイプA	一式
6	リヤバンパープロテクター (ステンレス製)	一式
7	リアステップ すべり止めテープ タイプA	一式
8	レスキューツール (バック収納)	一式
9	レスキューツール取付部 ネット3個	一式
10	右スライドドア内部 LED照明	一式
11	サイドフラッシャーランプ	一式
12	フロントコーナーセンサー (スイッチインジケータ付)	一式
13	ルーフサイド LED作業灯 大阪サイレン製LI-21	一式
14	LED路肩灯 (メインスイッチ付)	一式
15	左側面窓ガラス 左下2/3くもりフィルム	一式
16	後面窓ガラス 後全面くもりフィルム	一式
17	右側窓ガラス 後全面くもりフィルム	一式
18	旗立て (ステンレス製)	一式
19	助手席アウトサイドミラー+サイドバイザー	一式
20	フロント消防マーク 直径150mm 樹脂製	一式
21	エンジンスターター・カット改造	一式
22	誤発信防止装置	一式
23	再帰性に富んだ反射材 (赤帯)	一式
24	音声合成装置[バック](メインスイッチ付)	一式
25	車輪止め (黒色) ゴム製 2個	一式
<b>2 警告装置</b>		
1	LED点滅灯 パトライト製LP3 (3灯) 増設	一式
2	フロントLED赤色点滅灯 大阪サイレンLF-1D×2灯	一式
3	LED赤色点滅灯 大阪サイレンLF-12 (後側面)	一式
4	LED作動表示器 パトライト製LP3 (右後)	一式
5	モーターサイレン 大阪サイレン5SA型 スイッチC-1	一式
6	モーターサイレン用足踏みスイッチ	一式
7	サイレンアンプ 大阪サイレンOPS-D151Q	一式

8	フレキシブルマイクロホン 大阪サイレンUD-100	一式
9	左右折メッセージ用メインスイッチ	一式
10	音声メッセージ用スイッチ1ch 取付(メーター左)	一式
11	音声メッセージ用スイッチ2ch 取付(メーター左)	一式
<b>3 運転室内装備</b>		
1	トヨタ純正スタンダードナビ (バックガイドモニター)	一式
2	ETC車載器 (ボイスタイプ) ・ナビ連動タイプ	一式
3	電流計・電圧計	一式
4	広報用スピーカー内側切替スイッチ (大阪サイレン対応)	一式
5	ドライブレコーダー 別体タイプ	一式
6	助手席用インナーミラー	一式
7	運転席後部地図入れ (A3サイズ)	一式
<b>4 収納関係</b>		
1	縦型収納扉下段 ティッシュ/グローブボックス固定ベルト (2連)	一式
2	運転席後部 二段収納庫Ⅱ型	一式
3	縦型収納庫内 サブスト収納+3段棚 (固定ベルト) 改造	一式
4	縦型収納庫 固定ベルト3本	一式
5	3段収納庫 酸素ボンベ収納庫上/前	一式
6	患者回路 (蛇管) 等収納庫	一式
7	ルーフサイド収納庫 右前 (施錠装置付)	一式
8	ルーフサイド収納庫 右後	一式
9	ルーフサイド収納庫 左前	一式
10	ルーフサイド収納庫 左後	一式
11	右側棚上後端 収納庫-A	一式
12	書類入れ用改造 (酸素ボンベ収納庫部)	一式
13	ティッシュ/グローブボックス マグネット式	二式
<b>5 その他・傷病者室内装備</b>		
1	縦型収納庫後側上部 A4ホワイトボード (本体着脱式)	一式
2	ウェルバス収納庫 (2段収納庫用)	一式
3	オゾンUVエアクリア OUD-1T	一式
4	ルーフサイド収納庫部 アシストグリップ (右前)	一式
5	ルーフサイド収納庫部 アシストグリップ (右後)	一式
6	バックドア左 (長タイプ) 上部グリップのみ	一式
7	LED室内灯 (調光機能付)	一式
8	患者灯調光器	一式

9	右窓上レール C型バネ付フック 3個	一式
10	右窓上レール 電波時計 (デジタル)	一式
11	右窓上レール ウォール型アナロイド血圧計固定金具	一式
12	3人掛シートを2人掛シートに改造	一式
13	床面シーリング	一式
<b>6 輸送用装備</b>		
1	エクステンジTC4080-S/4155 サイドアームプレート (モデル160)	一式
2	ガードル架キット (#4155用)	一式
3	自動巻取り式固定ベルト	一式
4	抗菌マットレス#50	一式
5	Softenピロー	一式
6	枕固定用ベルト 黒	一式
7	枕 TC902 オレンジ	一式
8	防振ベッド (TC4080用)	一式
9	ストレッチャー落下防止改造 スクープ#65EXL、バックボード、固定装置 バックボード等固定補助ベルト取付	一式
<b>7 気道確保用装備</b>		
1	酸素ボンベ収納庫上 LSU4000固定装置	一式
2	LSU4000用ウォールブラケット (電源コード付)	一式
3	傷病室内右窓下部 吸引カテーテル保持パイプ	一式
4	吸引用カテーテル収納袋	一式
<b>8 酸素吸入装置</b>		
1	酸素ボンベ固定装置アルミ9.4L×2本対応改造	一式
2	オキシパックOX-FDXヨークバルブ仕様 (支給品) 取付	一式
3	右棚上部 人工呼吸器パラパック2D・200D用	一式
<b>9 心電図モニター</b>		
1	心電図モニターBSM-3562 (低台座) 用	一式
<b>10 除細動用装備</b>		
1	TEC-2600シリーズ+プリンターWS-261V (低台座) 用	一式
<b>11 輸液用装備</b>		
1	輸液ビンホルダー (2本取付:前)	一式
2	輸液ビンホルダー (2本取付:後)	一式
3	天井部 C型バネ付フック 5個	一式
4	右棚上 汎用メディカルポール	一式

12 電装		
1	右Cピラー後方窓部 DC12Vコンセント3口	一式
2	右窓下 インバーター用AC100Vコンセント2口	一式
3	縦型収納庫後部 インバーター用AC100Vコンセント2口	一式
4	傷病室内前向き席下部 インバーター用AC100Vコンセント2口	一式
5	外部入力ケーブル AC100Vコネクタ 10m	一式
6	全自動電子バッテリー管理器SA-12PK	一式
7	AC100V電源自動切替改造	一式
13 通信用装備		
1	無線アンテナ点検口2ヵ所増設2本通線 アンテナ前後～P席後部	一式
2	無線機取付金具 グローブボックス改造	一式
3	傷病者室内無線モニター用スピーカー(左)	一式
4	無線子機用6芯線通線(左)	一式
5	運転室内無線モニター用スピーカー(左)	一式
6	AVMモニター端末+無線送受信器ブラケットⅡ型	一式
7	助手席後部 AVM等用電源端子	一式
14 資器材		
1	フロアマット	一式
2	ゴム製チェーン イエティスノーネット#5300WD	一式
3	三角停止表示板	一式
4	ポータブルLED投光器 ウィレンLF35A	一式

別表2

No.	品名	数量
1	寒冷地仕様	一式
2	LEDヘッドランプ(ロービーム)	一式
3	デイライト	一式
4	ナンバーフレーム前後	一式
5	スタッドレスタイヤ(純正ホイール含む)5本	一式
6	インバーター 300W	一式
7	文字記入	一式
8	無線・AVM移設	一式