

令和 3 年度

アイソレーター装置 仕様書

富士山南東消防本部

1 総 則

この仕様書は、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会において救急体制の充実・強化のため富士山南東消防本部が購入、整備するアイソレーター装置の仕様について定めるものである。

2 品名、品番

バイオトランスポートバッグ WEG-40 (株式会社ワコー商事)

品 名	品 番	数 量	備 考
バイオトランスポートバッグ	WEG-40	1 式	構成品含む
P3 フィルター (両ネジタイプ)	WEG-P3DS	1 個	
P3 フィルター (片ネジタイプ)	WEG-P3OS	4 個	
ポートクッション (5 個セット)	WEG-SFP5	1 式	

3 主要諸元

- ・サイズは、205×65×55 cm (±10%) であること。
- ・収納時は、95×30×60 cm (±10%) に折り畳み可能で、専用ケースに収納可能であること。
- ・重量は 20 kg (±10%) であること。
- ・耐荷重は、120 kg (±10%) であること。
- ・連続使用時間は 5 時間 (±10%) であること。
- ・感染症の疑いのある患者、免疫が低下している患者の隔離搬送を考慮してあること。
- ・側面部には、アクセススリーブが 6 ヶ所以上あり、患者の処置が容易にできるよう考慮されていること。
- ・上部、下部、側面部にストレッチャー固定用ベルトが 8 ヶ所以上あり安全に固定できること。
- ・側面部には、人工呼吸用ホースや酸素投与用チューブのポートが 5 ヶ所以上あること。
- ・陰圧の状態でもドーム部が変形しないよう考慮した構造であること。
- ・本体上部には、4 か所以上の透明な窓があり、患者の圧迫感緩和、観察が可能であること。
- ・本体下部は患者のプライバシー保護にも考慮してあること。

・フィルターの性能は 0.3 μm の粒子を 99.95%以上の捕集率であること。

4 納入場所 富士山南東消防本部長泉消防署 (駿東郡長泉町中土狩 910-1)

5 納入期限

令和 3 年 7 月 20 日

6 提出書類

取扱説明書・保証書 (保証期間 納入後 1 年間)

7 その他

- (1) 同等品を可とする。同等品とする場合は商品カタログ及び仕様書等を担当課に提出し、認否を仰ぐものとする。
- (2) 資機材取扱説明会を実施すること。詳細については、担当課と協議すること。
- (3) この仕様に明記されていない事項で、疑義が生じた場合は担当課と協議すること。
- (4) 検収員は警防救急課救急係員とする。

以上