

令和4年度

搬送用アイソレーター装置

仕様書

富士山南東消防本部

## 1 総則

この仕様書は、救急体制の充実・強化のため令和4年度に富士山南東消防本部が購入、整備するアイソレーター装置の仕様について定めるものである。

## 2 物品名

搬送用アイソレーター 1式 (株式会社ワコー商事)

品名	品番	数量	備考
バイオトランスポートバッグ	WEG-40S	1式	構成品含む
P3 フィルター (両ネジタイプ)	WEG-P3DS	1個	
P3 フィルター (片ネジタイプ)	WEG-P3OS	4個	
ポートクッション (5個セット)	WEG-SFP5	1式	

## 3 主要諸元

- ・サイズは、205×65×55 cm (±10%) であること。
- ・収納時は、95×30×60 cm (±10%) に折り畳み可能で、専用ケースに収納可能であること。
- ・重量は 20 kg (±10%) であること。
- ・耐荷重は、120 kg (±10%) であること。
- ・連続使用時間は 5 時間 (±10%) であること。
- ・感染症の疑いのある患者、免疫が低下している患者の隔離搬送を考慮してあること。
- ・側面部には、アクセススリーブが 6ヶ所以上あり、患者の処置が容易にできるよう考慮されていること。
- ・上部、下部、側面部にストレッチャー固定用ベルトが 8ヶ所以上あり安全に固定できること。
- ・側面部には、人工呼吸用ホースや酸素投与用チューブのポートが 5ヶ所以上あること。
- ・陰圧の状態でもドーム部が変形しないよう考慮した構造であること。
- ・本体上部には、4ヶ所以上の透明な窓があり、患者の圧迫感緩和、観察が可能であること。
- ・本体下部は患者のプライバシー保護にも考慮してあること。
- ・フィルターの性能は 0.3 μmの粒子を 99.95%以上の捕集率であること。

4 納入場所 富士山南東消防本部三島消防署（三島市南田町 4-40）

5 納入期限

令和5年2月28日（火）

6 提出書類

取扱説明書・保証書（保証期間 納入後1年間）

7 その他

- (1) 同等品を可とする。同等品とする場合は商品カタログ及び仕様書等を担当課に提出し、認否を仰ぐものとする。
- (2) 資機材取扱説明会を実施すること。詳細については、担当課と協議すること。
- (3) この仕様に明記されていない事項で、疑義が生じた場合は担当課と協議すること。
- (4) 検収員は警防救急課救急係員とする。

以上