

富南東消総号外  
令和6年5月17日

入札参加者 様

富士山南東消防本部総務課長

質 疑 回 答 書

- 1 入 札 番 号 賃貸借-001
- 2 事 業 名 自動体外式除細動器賃貸借
- 3 質 疑 及 び 回 答 下表のとおり

項目番号	質疑事項	回答
仕様書1	<p>「日本光電工業製 AED3100」とありますが、遠隔監視システムは不要の認識でよろしいでしょうか。</p> <p>遠隔監視システムが必要な場合は日本光電工業株式会社が提供するAEDリモート監視システムを利用して1日1回のAED自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、AEDの異常内容をお客様にご確認いただく運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>また、上記対応に加え、AED稼働状態（AED本体の故障、パッドの使用期限、バッテリーの残量）のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポート提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年1回」からお教え頂けますでしょうか。なおレポートの提出は遠隔監視システムをご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。</p> <p>また、設置場所の電波状況が悪い場合</p>	遠隔監視システムは不要です。

	<p>は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。</p>	
仕様書 1	<p>弊社取り扱いの AED3100には基本セットとしてバッテリーパック1個、使い捨てパッド2組が含まれております。</p> <p>この基本セットとは別に、仕様書記載のバッテリーパック及び使い捨てパッドをそれぞれ用意する必要がありますでしょうか。</p>	必要ありません。
仕様書4	<p>仕様書に A E D3100 数量9となっておりますが、設置場所が7施設になっております。消防署（分署・分遣所）によっては2台設置ということで宜しいでしょうか。</p>	裾野消防署と長泉消防署は各2台設置とし、その他は各1台設置となります。
仕様書5 (3)	<p>「ガイドラインの変更」とありますが、製造メーカーより、添付文書のとおり指導を受けております。</p> <p>削除いただくことは可能でしょうか。削除いただけない場合、協議の上対応とさせていただきますでしょうか。</p>	「ガイドラインの変更があった場合の対応は賃貸人が行い、その費用は賃貸人の負担とする。」は削除します。
仕様書5 (5) (6)	<p>消耗品の交換については下記の運用をご了承いただけますでしょうか。</p> <p>①消耗品の定期交換は、交換期限を迎える前に新しい消耗品と交換受領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換していただき、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送いただく運用。</p> <p>②A E D使用時には弊社コールセンター（24時間）へご連絡いただき、復旧に必要な新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換していただき、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送いただく運用。</p>	消耗品（バッテリーパック、使い捨てパッド）の購入、交換、補充は賃借人が実施します。

<p>動産総合保険について、地震や地震に起因する津波、紛争、過失の事故等を対象外とし、経過期間に応じ保険額が通減していく通常の動産総合保険の付保で宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>本件に保守契約は含まないという認識で宜しいでしょうか。 また保守契約は富士山南東消防組合様と納入業者様で別途契約されるご予定でしょうか。</p>	<p>本件に保守契約は含みません。また、保守契約を別途締結する予定はありません。</p>
<p>リース会社に起因しない事由（コロナウイルスによるサプライチェーンへの影響等）により納品が遅れた場合、即時指名停止等の処分ではなく、賃貸借期間の変更等、別途協議いただけますでしょうか。</p>	<p>別途協議することとします。</p>
<p>本件は債務負担行為または長期継続契約のどちらに該当しますでしょうか。 また長期継続契約の場合、過去において中途解約された事例はありますか。</p>	<p>本件は債務負担行為となります。</p>

〒411-0837

静岡県三島市南田町4番40号

富士山南東消防組合 警防救急課

救急 担当：向井

電話：055-972-5803

FAX：055-973-0125